G144/67
G144/68
G144/69
G144/70

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**
**Tube for CHARM Analyzer**

1. เป็นหลอดแก้วใสแบบก้นกลม ไม่มีแถบเขียนรายละเอียด และไม่มีสัญลักษณ์บนพื้นผิวของหลอดแก้วพร้อมฝาปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 หลอดทำจากแก้ว Borosilicate ส่วนฝาแบบ Plug caps ทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene สามารถสวมกับหลอดแก้วได้สนิทโดยไม่รั่วซึม
   2.2 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง CHARM Analyzer ที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 13 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 100 มิลลิเมตร สามารถใช้บรรจุสารละลายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 9 มิลลิลิตร
4. ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 อัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์