G195/68
G195/69
G195/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Glass funnel, short stem, ID 45 - 55 mm

1. เป็นกรวยกรองแบบก้านสั้น สำหรับกรองสารที่เป็นของแข็งแยกจากของเหลว
2. ทำจากแก้ว
3. ปากกรวยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในอยู่ในช่วง 45-55 มิลลิเมตร ก้านกรวยมีความยาวไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของก้านกรวยไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ความยาวรวมทั้งหมดไม่เกิน 80 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์