G210/67
G210/68
G210/69
G210/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Microcentrifuge tube, conical bottom, 1.5 mL

1. เป็นหลอด Microcentrifuge ชนิด conical bottom พร้อมฝายึดติดกับตัวหลอด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
   2.2 สามารถฆ่าเชื้อด้วย autoclave ได้
   2.3 สามารถทนการปั่นเหวี่ยงได้ที่ความเร็วรอบสูงสุด (RCF) ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 x g
3. ขนาดความจุประมาณ 1.5 มิลลิลิตร และมีขีดบอกปริมาตรด้านข้างหลอด
4. ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์