G228/67

G228/68

G228/69

G228/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Filter pipette tip, sterile, 20 µL, with box

1. เป็น Filter pipette tip มีลักษณะเป็นรูปกรวยปลายเรียวแหลม บรรจุอยู่ในกล่องที่มีช่องสำหรับเสียบ tip
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
   2.2 ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยพร้อมการบรรจุแบบปราศจากเชื้อ
   2.3 สามารถใช้งานร่วมกับ Micropipette ที่มีอยู่ได้พอดีโดยไม่รั่วซึม
3. มีขนาดความจุ 20 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 20 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
   4.2 มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 96 ชิ้นต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์