G234/69

G234/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Vial for Autosampler, Polypropylene, amber, 750-1,500 µL, 12x32 mm

1. เป็นขวดพลาสติกสีชาทรงกระบอก สำหรับใช้กับเครื่องฉีดสารอัตโนมัติ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 ขวดทำจากพลาสติก polypropylene
   2.2 ฝาปิดแบบเกลียวทำจากพลาสติก polypropylene และมี septa ชนิด PTFE/silicone สามารถปิดขวดได้พอดี
   2.3 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ Thermo scientific หรือ Agilent หรือ Water หรือ Shimadzu ได้โดยไม่ติดขัด
3. มีขนาดประมาณ 12 x 32 มิลลิเมตร หรือมีความจุประมาณ 750-1,500 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
   4.2 บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์