G240/67

G240/68
G240/69
G240/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Volumetric flask, Class A, 10 mL

1. เป็นขวดวัดปริมาตรสารละลาย พร้อมจุกปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A
   2.2 ขวดทำจากแก้ว Borosilicate ส่วนจุกปิดทำจากแก้วหรือ Polyethylene (PE) หรือ Polypropylene (PP) หรือ Teflon ที่สามารถปิดขวดได้สนิทพอดี
   2.3 มีขีดบอกปริมาตรที่คอขวดชัดเจน
   2.4 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limits หรือ Accuracy limits) ไม่เกิน ± 0.025 มิลลิลิตร
3. ขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพ
   4.1 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 1042 หรือ ASTM E288
   4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์