G257/69

๔๒๕๗๒๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Dispenser, 5 - 50 mL

1. เป็นตัวจ่ายสารละลาย มีจุกปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลายหรือมีระบบวาล์วเพื่อป้องกันการระเหยของสารภายในกระบอกและมีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 มีค่า accuracy ที่ผิดพลาด (inaccuracy หรือ systematic error) ไม่เกิน ±0.5 เปอร์เซ็นต์และมีค่า precision ที่ผิดพลาด (imprecision หรือ random error หรือ %CV) ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์
   2.2 มีค่าความละเอียดในการปรับปริมาตร (subdivision หรือ separation หรือ graduation) ไม่เกิน 1.0 มิลลิลิตร
   2.3 สามารถใช้กับตัวทำละลายอินทรีย์ (organic solvent) ได้
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 5 - 50 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
   4.1 มีใบรับรองผ่านการสอบเทียบ (calibration certificate) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันส่งมอบ
   4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   4.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์