G276/67
G276/68
G276/69
G276/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Syringe membrane filter, Nylon, pore size 0.45 µm, diameter 13 mm

1. เป็นตัวกรอง สำหรับกรองสารละลายก่อนเข้าเครื่อง HPLC
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 เนื้อแผ่นกรองเป็นชนิด Nylon มีขนาด (pore size) 0.45 ไมโครเมตร ตัว Housing ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene หรือ Polyethylene
   2.2 สามารถต่อเข้ากับ Syringe ได้ โดยมีข้อต่อให้ยึดติดแน่นกับ Syringe
3 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร
4 การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
   4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
   4.3 บรรจุในกล่องมีฝาปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5 ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์