G308/67

G308/68
G308/69
G308/70

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
## Antimicrobial susceptibility plate for surveillance program

1. เป็นชุดเพลทสำหรับทดสอบหาความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรีย
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 เพลททดสอบขนาด 96 หลุม จำนวน 10 เพลท ประกอบด้วยยาต้านจุลชีพไม่น้อยกว่า 14 ชนิด
   2.2 Demineralized water จำนวนไม่น้อยกว่า 10 หลอด
   2.3 Mueller-Hinton broth จำนวนไม่น้อยกว่า 10 หลอด
3. ความเข้มข้นของยาแต่ละชนิด ครอบคลุมความเข้มข้นตามมาตรฐานของ CLSI หรือ EUCAST
4. มีอายุการใช้งานของเพลททดสอบไม่น้อยกว่า 12 เดือน อายุการใช้งานของ Demineralized water และ Mueller-Hinton broth ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry Date) และ Lot การผลิตที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจน
5. บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน European Quality System Standard EN 46001 หรือ ISO 13485
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์