G315/67

G315/68
G315/69
G315/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Syringe membrane filter, PES, 0.2 µm, 25 mm, sterile

1. เป็นตัวกรอง สำหรับเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 เนื้อแผ่นกรองเป็นชนิด polyethersulfone (PES) มีขนาดรูพรุน (pore size) 0.2 ไมโครเมตร ตัว housing ทำจากพลาสติกชนิด polypropylene (PP)
   2.2 มีพื้นที่สำหรับกรอง (filtration area) ไม่น้อยกว่า 4.0 ตารางเซนติเมตร
   2.3 สามารถทนความดันขณะกรองได้ไม่น้อยกว่า 4.5 บาร์หรือ 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)
   2.4 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (autoclave) ได้
   2.5 มีข้อต่อ (connection) ชนิด female luer lock inlet และ male luer
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว บรรจุอยู่ในซอง แต่ละชิ้นแยกออกจากกัน
   4.2 ระบุชนิดแผ่นกรองและขนาด pore size ของ membrane บนตัว housing อย่างชัดเจน
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์