G326/67
G326/68
G326/69
G326/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Centrifuge filter tube, 5-6 mL

1. เป็นหลอด centrifuge ที่มีตัวกรองอยู่ด้านในพร้อมฝาปิด สำหรับกำจัดสิ่งรบกวนในตัวอย่าง
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 หลอดและตัว housing ทำจากพลาสติกชนิด polycarbonate หรือ polypropylene เนื้อแผ่นกรองเป็นชนิด polyethersulfone (PES)
   2.2 มีพื้นที่สำหรับการกรองไม่น้อยกว่า 2.5 ตารางเซนติเมตร
   2.3 มีปริมาตรคงค้าง (hold-up volume) ไม่เกิน 40 ไมโครลิตร
   2.4 สามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่า molecular weight cutoff (MWCO) ตามรายละเอียดในใบเบิก
3. หลอดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17 มิลลิเมตร และสามารถรองรับตัวอย่างที่มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 5 มิลลิลิตร
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์