G349/67
G349/68
G349/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Certified vial for autosampler, amber, 2 mL, 12 x 32 mm with screw cap

G349/70

1. เป็นขวดแก้วทรงกระบอก พร้อมฝาเกลียวปิด ชนิด certified สำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC-MS หรือ LC-MS
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 ขวดทำจากแก้วสีชา ส่วนฝาเกลียวทำจากพลาสติกชนิด polypropylene และมี septa ทำจาก PTFE/silicone
   2.2 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดสารอัตโนมัติยี่ห้อที่ผู้ใช้มีอยู่ได้ โดยไม่ติดขัด
3. มีขนาดประมาณ 12 x 32 มิลลิเมตร และมีความจุประมาณ 2 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
   4.2 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (certificate of analysis) ของ lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบ
   4.3 บรรจุไม่น้อยกว่า 100 ชิ้นต่อแพ็ค ในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
   4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์