G368/67
G368/68
G368/69
G368/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Dispenser ใช้สำหรับกรดเข้มข้นขนาด 5-50 มิลลิลิตร

1. เป็นตัวจ่ายสารละลาย มีจุกปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลายหรือหมุนปิดไม่ให้สารละลายไหลออกมา และมีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัดเจน
2. มีคุณสมบัติดังนี้
   2.1 มีค่า accuracy ที่ผิดพลาดไม่เกิน ±0.5 เปอร์เซ็นต์ หรือมีค่า systematic error ไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตร
   2.2 มีค่า %CV ที่ผิดพลาดไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรือมีค่า random error ไม่เกิน 0.05 มิลลิลิตร
   2.3 มีค่าความละเอียดในการปรับปริมาตรไม่เกิน 1.0 มิลลิลิตร
   2.4 สามารถใช้กับกรดไนตริกที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ได้
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 5 – 50 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   4.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์