G435/67
G435/68
G435/69
G435/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดสกัดสารพันธุกรรมไวรัสด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ชนิดพร้อมใช้งาน

1. เป็นชุดสกัดสารพันธุกรรมไวรัสจากตัวอย่าง whole blood, tissue, serum และ swabs โดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ชนิดพร้อมใช้งาน สำหรับเครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 Prefilled plates จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เพลท
   แต่ละเพลทประกอบด้วย Lysis buffer, magnetic bead, wash buffer 1, wash buffer 2, elution
   2.2 Plastic sleeve หรือ Magnetic rod sleeve combs จำนวนไม่น้อยกว่า 12 แท่ง
3. สามารถสกัดตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 96 ตัวอย่าง
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25[illegible]

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25[illegible]

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์