G442/67
G442/68
G442/69
G442/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาสำหรับล้าง Flow cell

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับล้าง Flow cell หลังจากตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสด้วยเทคโนโลยี long read sequencing
   ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 Wash mix จำนวน 1 หลอด
   2.2 Diluent จำนวน 2 หลอด
   2.3 Storage buffer จำนวน 2 หลอด

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   3.1 สามารถย่อยสารพันธุกรรมด้วยเอนไซม์ nuclease และกำจัดสารพันธุกรรมที่ตกค้างอยู่ใน Flow cell ได้
   3.2 สามารถใช้ล้าง Flow cell ได้ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง (reactions)
   3.3 สามารถใช้ล้าง Flow cell รุ่น FLO-MIN114, FLO-PRO002 และ FLO-PRO114M สำหรับเครื่อง Nanopore sequencing device ที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
   ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบและรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
   5.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001
   5.3 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
   ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
   5.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์