G452/68

G452/69

G452/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Dispenser สำหรับกรดเข้มข้นขนาด 10 - 100 มิลลิลิตร

1. เป็นตัวจ่ายสารละลาย มีจุกปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลายหรือหมุนปิดไม่ให้สารละลายไหลออกมา และมีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 มีค่า Accuracy ที่ผิดพลาดไม่เกิน ±0.5 เปอร์เซ็นต์หรือมีค่า Systematic error ไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตร
   2.2 มีค่า Coefficient of variation (%CV) ที่ผิดพลาดไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์หรือมีค่า Random error ไม่เกิน 0.1 มิลลิลิตร
   2.3 มีค่าความละเอียดในการปรับปริมาตรไม่เกิน 2.0 มิลลิลิตร
   2.4 สามารถใช้กับกรดไนตริกที่มีความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ได้
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 10 - 100 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
   4.1 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   4.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์