G453/68
G453/69
G453/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Probe master mix)

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Master mix) สำหรับเครื่อง qPCR หรือ real-time PCR
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 Master mix ความเข้มข้น 2X
   2.2 Reference dye (ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้)
   2.3 เอกสารแนะนำการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   3.1 สามารถใช้ตรวจหาสารพันธุกรรมโดยอาศัยตัวติดตามชนิด Taqman probe หรือ Hydrolysis probe
   3.2 สามารถวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 200 reactions
   3.3 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง LightCycler® 480 ที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของ lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบ
   5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์