G462/๖๙

G462/69

G462/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Graduated pipette, serological, 5 mL

1. เป็น graduated pipette ชนิด serological
2. มีคุณสมบัติดังนี้
   2.1 ทำจากแก้ว borosilicate หรือ alumino-borosilicate หรือ soda-lime
   2.2 มีค่าความผิดพลาด (tolerance หรือ error limit) ไม่เกิน ±0.1 มิลลิลิตร ที่ปริมาตร 5 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 5 มิลลิลิตรและมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ไม่เกิน 0.1 มิลลิลิตร
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์