G470/68
G470169
G470170

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Disposable cuvette สำหรับ Mycotoxin fluorometer

1. เป็น cuvette ชนิดใช้แล้วทิ้ง (disposable) สำหรับใส่ตัวอย่างในการวิเคราะห์ mycotoxin
2. มีคุณสมบัติดังนี้
   2.1 ทำจากแก้ว borosilicate
   2.2 สามารถใช้กับเครื่อง fluorometer ยี่ห้อ VICAM ที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 75 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
   4.2 บรรจุ 250 ชิ้นต่อแพ็คในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์