G480/68

G480/69

G480/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Glass Insert, flat bottom, 400 µL

1. เป็นหลอดสำหรับบรรจุสารตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย ปลายหลอดด้านล่างปิดสนิทชนิดเรียบแบน สำหรับใส่ในขวดสารตัวอย่างขนาด 2 มิลลิลิตร
2. ทำจากแก้ว
3. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   - 4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
   - 4.3 บรรจุ 100 ชิ้นต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์