G481/68

G481/69

G481/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Volumetric pipette, Class A, 30 mL

1. เป็นปิเปตแบบปริมาตร
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 เป็นเครื่องแก้ว class A หรือ class AS
   2.2 ทำจากแก้ว borosilicate
   2.3 มีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน
   2.4 มีค่าความผิดพลาด (tolerance หรือ error limit หรือ volume allowable error) ไม่เกิน ± 0.05 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 30 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพ
   4.1 มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของ lot ที่ส่งมอบจากผู้ผลิตแนบมาพร้อมในวันส่งมอบสินค้า
   4.2 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM E969 หรือ JIS R 3505 หรือ ISO 648
   4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์