G492/68
G492/69
G492/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Polypropylene vial for autosampler, with cap for PFAS analysis

1. เป็นขวดพลาสติกทรงกระบอกพร้อมฝาเกลียวปิด สำหรับวิเคราะห์สารกลุ่ม Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 ขวดและฝาเกลียวทำจากพลาสติก Polypropylene ชนิด perfluorinated compounds (PFC)-free
   2.2 ฝาเกลียวมี septa ชนิด polypropylene/silicone
   2.3 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดสารอัตโนมัติได้ โดยไม่ติดขัด
3. มีขนาดความจุประมาณ 1.5 – 1.7 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
   4.2 บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์