ก493/69

ก493/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Insert Vial for Autosampler, Polypropylene, 300 µL, 12 x 32 mm with screw cap

1. เป็นขวดพลาสติกใสทรงกระบอก มี Insert ยึดติดกับขวด พร้อมฝาเกลียวปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 ขวดและฝาทำจากพลาสติก polypropylene ปากขวดและฝาเป็นแบบเกลียว
   2.2 ขวดมี Insert ก้นลักษณะโค้งเป็นรูปกรวยหรือตัว V
   2.3 ฝามี septa ชนิด PTFE/silicone
3. มีขนาดประมาณ 12 x 32 มิลลิเมตร ปากขวดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9 มิลลิเมตร Insert มีความจุประมาณ 300 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
   4.2 บรรจุ 100 ชิ้นต่อแพ็คในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
   4.3 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 หรือ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 ซึ่งต้องมีหลักฐานแสดงที่อยู่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์