G507/69

G507/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Test tube, round bottom, 25x150 mm

1. เป็นหลอดทดลองลักษณะก้นกลม
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 ทำจากแก้ว Borosilicate
   2.2 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาวประมาณ 25 x 150 มิลลิเมตรหรือมีความจุไม่น้อยกว่า 50 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์