G519/69

G519/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Dialysis membrane

1. เป็นเยื่อกรองสำหรับแยกสารด้วยวิธี Dialysis
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 มีค่า Molecular weight cut-off ไม่ต่ำกว่า 12,000 Da
   2.2 มีค่า Capacity ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิลิตรต่อเซนติเมตร หรือ 121 มิลลิลิตรต่อฟุต
3. มีความกว้างแบบ Flat wide ไม่น้อยกว่า 33 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับถัดจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีเอกสาร (Certificate of analysis) ของสินค้า Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
   5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงวันส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์