G522/69
G522/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Alkaline phosphatase test in milk

1. เป็นแผ่นทดสอบสำหรับตรวจปฏิกิริยาของเอนไซม์ Alkaline phosphatase ในน้ำนม
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   - 2.1 Test strips จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น
   - 2.2 ถุง Polyethylene จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น
   - 2.3 เอกสารคู่มือการใช้งาน
3. สามารถตรวจการปนเปื้อนของน้ำนมดิบในนมพาสเจอร์ไรส์ได้ต่ำสุดเท่ากับ 0.5%
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (expiry date) ของผลิตภัณฑ์บนภาชนะที่บรรจุหรือกล่องโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
   - 5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพสินค้า (certificate of analysis) ของ lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
   - 5.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   - 5.3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

นายจิรภัทร อินทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์