รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Volumetric flask, Polymethylpentene (PMP), Class A, 10 mL

1. เป็นขวดวัดปริมาตรชนิดพลาสติก ที่มีค่าความผิดพลาดอยู่ในช่วง Class A ของ ISO 1042 พร้อมจุกปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 ขวดทำจาก Polymethylpentene (PMP) ส่วนจุกปิดทำจาก Polypropylene (PP) ที่สามารถปิดขวดได้สนิทพอดี
   2.2 มีขีดบอกปริมาตรที่คอขวดชัดเจน
   2.3 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limits หรือ Accuracy limits) ไม่เกิน ± 0.04 มิลลิลิตร
3. ขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์