รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Dispenser, 10 - 100 mL

1. เป็นตัวจ่ายสารละลาย มีจุกปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลายหรือมีระบบวาล์ว เพื่อป้องกันการระเหยของสารภายในกระบอก และมีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 มีค่า accuracy ที่ผิดพลาด (inaccuracy หรือ systematic error) ไม่เกิน ±0.5 มิลลิลิตรและมีค่า precision ที่ผิดพลาด (imprecision หรือ random error หรือ CV) ไม่เกิน 0.2 มิลลิลิตร
   2.2 มีค่าความละเอียดในการปรับปริมาตร (subdivision หรือ increment หรือ dispensing step) ไม่เกิน 2 มิลลิลิตร
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 10 - 100 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
   4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   4.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกูล)

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์