

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Bacterial Control Sample

1. เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนม (Bactoscan) อยู่ในรูป freeze-dried มีลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว ไม่มีกลิ่น และสามารถละลายน้ำได้ง่าย
2. มีส่วนประกอบเป็นแบคทีเรียชนิดเดียว (monoculture bacteria) ใช้ในการสร้าง Pulse Height Analysis (PHA) Curve ได้อย่างชัดเจน
3. บรรจุในขวดแก้วปิดสนิท 12 ขวดต่อกล่อง จากผู้ผลิตโดยตรง
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (Certificated of Analysis) แนบมาพร้อม lot ของสินค้าที่ส่งในวันส่งมอบ
 - 4.3 อุณหภูมิขณะขนส่งไม่มากกว่า -15 °C
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...๖๙

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....รองประธานกรรมการ

(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...๖๙

.....กรรมการ

(นางสาวรังษิยา คติการ)

.....กรรมการ

(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกิตติลักษณ์ ไหมเลี้ยง)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์