

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Cefixime tellurite selective supplement

M008/67

M008/๖๘

M008/๖๙

M008/๗๐

1. เป็นสารประกอบที่ใช้ทดสอบร่วมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ Sorbitol MacConkey Agar สำหรับใช้ในการจำแนกเชื้อ *Escherichia coli* O157
2. สามารถละลายได้หมดโดยใช้น้ำกลั่น เมื่อทำให้เป็นสารละลาย 1 ขวด สามารถใช้กับอาหารเลี้ยงเชื้อไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

Potassium tellurite

1.25 มิลลิกรัม

Cefixime

0.025 มิลลิกรัม

3. มีลักษณะเป็นผงละเอียดบรรจุในขวด

4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ

4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน

4.2 ขุดส่งมอบต้องเป็นชุดเดียวกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบและผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น (ถ้ามีการทดสอบ) และเป็นชุดการผลิตเดียวกันทั้งหมด และในกรณีส่งของเป็นงวดซึ่งไม่เป็นชุดการผลิตเดียวกันต้องมีการนำตัวอย่างมาให้ทดสอบซึ่งผลที่ได้ต้องเทียบเท่าหรือดีกว่าผลการทดสอบเดิม

4.3 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิตโดยแนบมา พร้อมกับวันที่ส่งสินค้า

4.4 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485

5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๕

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....
(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙

.....กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คดีการ)

.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลี้ยง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๐

.....

นายจิรภัทร อินทร์สุข

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์