




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Coagulase Plasma (EDTA)


M009/67
M009/68
M009/69
M009/70


1. เป็นพลาสมากระต่ายใช้สำหรับตรวจหาเชื้อ *Staphylococcus*
2. มีลักษณะเป็นผงแห้งประกอบด้วย พลาสมากระต่ายและ EDTA (Ethylene Diaminetetraacetic Acid)
3. บรรจุในขวดเล็กเมื่อละลายน้ำแล้วมีขนาด 3 มิลลิลิตร
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1.5 ปี นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจนและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.3 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
 - 4.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งและส่งมอบ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.19
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.19


(นางสาววันทนา จันทรงคผล)
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.19


(นางสาวรังษิยา คติการ)
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.19


(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม่เลี้ยง)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.19


(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายสุเมธ ใจจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์