

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Petri dish ขนาด 15x60 มิลลิเมตร

M029/67  
M029/68  
M029/69  
M029/70

1. เป็นจานแก้วเพาะเชื้อเนื้อใสไม่มีสี
2. ทำจากเนื้อแก้วชนิด Borosilicate สามารถนำเข้ามาใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง หรือสามารถทนความร้อนที่ 121 องศาเซลเซียส
3. มีขนาดความสูงประมาณ 15 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 มิลลิเมตร
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
  - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 9000 series
  - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 2 คู่ ในวันยื่นเสนอราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘

.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....  
(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙

.....รองประธานกรรมการ  
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ  
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....  
(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....กรรมการ  
(นางสาวรังษิยา คติการ)

.....กรรมการ  
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๗๐

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไหมเลี้ยง)

.....  
(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....

.....  
(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์