

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Sterile Urea Solution 40 %

M036/67

M036/68

M036/69


M036/70


1. ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยา urease
2. เป็นสารละลาย 40% Urea ซึ่งผ่านการ sterile แล้ว
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 มิลลิลิตร
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจนและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 ชุดส่งมอบต้องเป็นชุดเดียวกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบและผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น (ถ้ามีการทดสอบ) เป็นชุดการผลิตเดียวกันทั้งหมดและในกรณีส่งของเป็นงวดซึ่งไม่เป็นชุดการผลิตเดียวกันต้องมีการนำตัวอย่างมาให้ทดสอบซึ่งผลที่ได้ต้องเทียบเท่าหรือดีกว่าผลการทดสอบเดิม
 - 4.3 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

หน่วยนับ : มิลลิลิตร

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๕


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)



(นายอุดม เจริญจันทร์)


.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)



.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๕


.....กรรมการ
(นางสาวรัชชียา คดีการ)


.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

(นายอุดม เจริญจันทร์)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๕

↓
(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์