

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ
ของเครื่อง Hot air oven โดยวิธี Biological indicator

M072/67

M072/68

M072/69

M072/70

1. เป็นแผ่นทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนแห้งของเครื่อง Hot air oven
2. เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological Indicator) แบบ spore strip ภายในแผ่นประกอบด้วยสปอร์ของเชื้อ *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 หรือ Cell line 9372 จำนวนไม่ต่ำกว่า 1.0×10^6 CFU
3. ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/แพ็ค
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 แผ่นทดสอบขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 5.0 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 25.0 มิลลิเมตร
 - 4.2 การใช้งานโดยนำแผ่นทดสอบเข้าเครื่อง Hot air oven ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อ ตามกระบวนการตามปกติ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนำแผ่นทดสอบใส่ในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic soy broth หรือ Soybean-casein digest broth นำหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อบ่มที่อุณหภูมิและเวลา ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
 - 4.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
 - 4.4 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.5 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....อนุกรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์) ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๕

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรังษิยา คติการ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ) (นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลียง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๐

.....

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์