


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นทดสอบระบบสุญญากาศ (Vacuum) ของเครื่อง Autoclave

M073/67
M043/68
M043/69
M043/70

1. เป็นแผ่นทดสอบประสิทธิภาพการสร้างสภาพสุญญากาศของเครื่อง Autoclave เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมี (chemical indicator) ที่เปลี่ยนสีได้หรือเปลี่ยนจากสีฟ้าหรือสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำ เมื่อเครื่อง Autoclave สร้างสภาพสุญญากาศได้ที่อุณหภูมิ 132-134 องศาเซลเซียส นาน 3.5-4 นาที
2. มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อบรรจุภัณฑ์
3. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ข้างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจน และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
4. บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิต ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.11.

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.11.



.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

(นายอุดม เจือจันทร์)

.....กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คติการ)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.10

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไหมเลี้ยง)

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์