




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
แผ่นปรับสภาพอากาศไร้ออกซิเจน 3.5 L



M074/67  
M074/18  
M074/๒๙  
M074/๔๐


1. เป็นตัวดูดซับออกซิเจนและให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่น้อยกว่า 7% ทำให้สภาวะภายในระบบเป็นสภาวะที่ไร้ออกซิเจน ใช้ในงานจุลชีววิทยาเพื่อให้เชื้อ Anaerobic Bacteria เจริญได้ดี ใช้ในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชนิดไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ
2. มีส่วนประกอบของ ascorbic acid
3. ขนาดบรรจุ 10 ของต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ (package)
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
  - 4.1 ไม่ต้องเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ catalyst
  - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ มีระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
  - 4.3 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
  - 4.4 บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖

  
(นายอุดม เจื้อจันทร)  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
.....กรรมการ  
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)  
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๗

  
.....รองกรรมการ  
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)  
  
.....กรรมการ  
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)  
(นายอุดม เจื้อจันทร)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวรังษิยา คติการ)  
  
.....กรรมการ  
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)  
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลี้ยง)  
(นายจิรภัทร อินทร์สุข)  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  
(นายอุดม เจื้อจันทร)  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์