

M197/67
M197/68
M197/69
M197/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เชื้อมาตรฐาน *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027

1. เป็นเชื้อมาตรฐาน *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027 สำหรับใช้ในงานควบคุมคุณภาพ เช่น การทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ การประเมินวิธีการทดสอบ เป็นต้น
2. เชื้อจุลินทรีย์อยู่ในรูปเม็ดแห้ง (lyophilized pellet) หรือ freeze dried โดยบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
3. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติทางชีวเคมี
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันส่งมอบ และรับประกันคุณภาพการใช้งาน
 - 4.2 มีเอกสาร Certificate of Analysis จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.3 บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเชื้อจาก American Type Culture Collection (ATCC) หรือ Microbiologics เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้า
 - 4.4 จำนวน passage ของเชื้อไม่เกิน 1
 - 4.5 มีเอกสารหรือคู่มือเกี่ยวกับการใช้งาน
 - 4.6 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙

ประธานอนุกรรมการ

(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๗๐

รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาวรังษิยา คดีการ)

อนุกรรมการ

(นางสาวเสาวภา ปานศิริ) (นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลียง)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์