

รายละเอียดคุณลักษณะ
Biological indicator สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ
ด้วยไอร์เพียไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

1. เป็นแผ่นทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยไอร์เพียไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
2. เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological indicator) แบบแผ่น โดยภายในแผ่นประกอบด้วยเชื้อ *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 12980 หรือ ATCC 7953 จำนวนไม่ต่ำกว่า 1.0×10^6 CFU
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น/แพ็ค ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
 - 4.2 ที่สินค้าระบุ lot การผลิต และวันหมดอายุอย่างชัดเจน (นายจิรภัทร อินทร์สุข)
 - 4.3 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 - โดยแนบมาพร้อมกันกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.4 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คติการ)

.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลียง)

.....
(นายอุดม เจริญพร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์