

รายละเอียดคุณลักษณะ

Chemical indicator สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ
ด้วยไธโรเทียไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

1. เป็นแผ่นทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยไธโรเทียไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
2. เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมี (Chemical indicator) แบบแผ่นที่ใช้กับไธโรเทียไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ประกอบด้วยแถบสีทดสอบ โดยแถบทดสอบสามารถตอบสนองต่อไธโรเทียไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เมื่อสัมผัสและเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงสีอย่างชัดเจนที่สามารถระบุได้ว่าสัมผัสกับไธโรเทียไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้ว
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ชิ้น/แพ็ค
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับจากวันส่งมอบ
 - 4.2 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.3 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๐

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....รองประธานกรรมการ

(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ

(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....กรรมการ

(นางสาวรังษิยา คติการ)

.....กรรมการ

(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกิตติลักษณ์ ไหม่เลี้ยง)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์