

C075/67

C075/68

C075/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารละลายบัฟเฟอร์พีเอช 10.01 สำหรับเครื่องพีเอชมิเตอร์

1. เป็นสารละลาย buffer มีค่า pH อยู่ในช่วง 10.01 ± 0.02 ใช้สำหรับ pH meter ยี่ห้อ Orion
2. มีปริมาณสารสำคัญ ดังนี้
 - 2.1 Sodium bicarbonate 0.1-2 เปอร์เซ็นต์
 - 2.2 Sodium carbonate 0.1-2 เปอร์เซ็นต์
 - 2.3 Methyl paraben <0.1 เปอร์เซ็นต์
 - 2.4 FD & C Blue #1 <0.1 เปอร์เซ็นต์
3. มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
 - 4.4 สามารถสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐาน NIST ได้
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)

..... กรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรณพงศ์)

..... กรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรหมมาอินทร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรัญญา แก้วทิพย์)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์