

C149/67

C149/68

C149/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารละลายบัฟเฟอร์พีเอช 4.01 สำหรับเครื่องพีเอชมิเตอร์

1. เป็นสารละลาย buffer มีค่า pH อยู่ในช่วง 4.01 ± 0.01 ใช้สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Orion
2. มีปริมาณสารสำคัญ ดังนี้
 - 2.1 Potassium hydrogen phthalate 0.1-2 เปอร์เซ็นต์
 - 2.2 Potassium hydroxide <0.1 เปอร์เซ็นต์
 - 2.3 Amaranth red No.27 <0.1 เปอร์เซ็นต์
3. มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
 - 4.4 สามารถสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐาน NIST ได้
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)


(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



..... รองประธานกรรมการ
(นางสาววรรณา รักชาพล)


..... กรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)


..... กรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรหมอินทร์)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิญญา แก้วทิพย์)


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์