

C228/67

C228/68


C228/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Buffer solution pH 7.00 for pH meter

1. เป็นสารละลาย Buffer มีค่า pH อยู่ในช่วง 7.00 ± 0.02 ใช้สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ mettler Toledo
2. มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ Potassium dihydrogen phosphate และ Disodium hydrogen phosphate dihydrate
3. มีปริมาณน้ำ อยู่ในช่วง 90-100 เปอร์เซ็นต์
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)

..... กรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

..... กรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรหมมาอินทร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรัฐญา แก้วทิพย์)

.....
(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์