

C230/67

C230/68


C230/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
KCl 3 mol/L for reference electrode

1. เป็นสารละลาย electrolyte เพื่อใช้งานกับ reference electrode เครื่อง pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo
2. มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ Potassium chloride (KCl) 3 โมล/ลิตร
3. มีปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 18 เดือนนับจากวันส่งมอบ เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ โดยสามารถย้อนกลับไปยังมาตรฐาน NIST ได้
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ประธานกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)



รองประธานกรรมการ

(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)



กรรมการ

(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)




กรรมการ

(นางสาวนิพัทธา พรหมอินทร์)



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววิญญา แก้วทิพย์)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์