


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

น้ำยาทำความสะอาดเครื่องแก้วลดการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี

1. เป็นน้ำยาสำหรับทำความสะอาดและลดการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี สำหรับอุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
2. มีส่วนประกอบดังนี้
 - 2.1 สารที่มีพื้นผิวโมเลกุลที่มีประจุลบ (anionic) และสารที่มีพื้นผิวโมเลกุลที่ไม่มีประจุ (non-ionic surface active agents)
 - 2.2 สารลดแรงตึงผิวที่ปราศจากฟอสเฟต (non-phosphate detergent)
 - 2.3 สารเพิ่มความคงตัว (stabilizing agents)
 - 2.4 สารที่มีความเป็นด่างสูง (alkaline)
 - 2.5 ไอออนของโลหะเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับพื้นผิว (sequestering agents)
3. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1 มีค่า pH ไม่น้อยกว่า 13
 - 3.2 สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและไม่ไวไฟ
 - 3.3 ปราศจากสารฟอสเฟต เอนไซม์ EDTA/NTA หรือสารฟอกขาวประเภทคลอรีนเป็นส่วนประกอบ
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Analysis) แนบมาพร้อม Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘


.....ประธานกรรมการ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)


.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)



.....กรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)


.....กรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรมมาอินทร์)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรัญญา แก้วทิพย์)


(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์