

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Water, LC-MS grade

C285/67  
C285/68  
C285/69

1. เป็นน้ำที่ใช้สำหรับงานด้านโครมาโตกราฟี เป็นชนิด LC-MS grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
2. มีปริมาณสารปนเปื้อน สูงสุดไม่เกิน ดังนี้

|                    |     |     |
|--------------------|-----|-----|
| 2.1 Aluminium (Al) | 10  | ppb |
| 2.2 Calcium (Ca)   | 100 | ppb |
| 2.3 Potassium (K)  | 10  | ppb |
| 2.4 Magnesium (Mg) | 20  | ppb |
| 2.5 Sodium (Na)    | 200 | ppb |

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

  
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

3. มีสารตกค้างหลังจากระเหยแห้ง (Evaporation residue) ไม่เกิน 5 ppm และผ่านการกรองที่ความละเอียด 0.2 ไมโครเมตร


4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ

4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด  
ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ

4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot  
ของสินค้าที่ส่งมอบ

4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568


  
(นายอุดม เจือจันทร์)

5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
ประธานกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

  
รองประธานกรรมการ  
(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)

  
กรรมการ  
(นางจุฑามาศ ประภาพรณพงศ์)

  
กรรมการ  
(นางสาวนันทรา พรหมอินทร์)

  
กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวรัญญา แก้วทิพย์)

  
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์