

C294/67

C294/68

C294/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Working pH standard (0.1 N Hydrochloric acid)

1. เป็น working pH standard ที่ใช้สำหรับ Calibrate เครื่อง pH meter
2. มีค่า pH อยู่ในช่วง 1.06 – 1.14
3. มีคุณสมบัติดังนี้
  - 3.1 มีความเข้มข้นของ Hydrochloric acid 0.1 N
  - 3.2 มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ไม่เกิน 0.05
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
  - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันส่งมอบ เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
  - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
  - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุณีย์ คลมาพิพัฒน์)

..... รองประธานกรรมการ  
(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)

..... กรรมการ  
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

..... กรรมการ  
(นางสาวนิพัทธา พรหมมาอินทร์)

..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาววิญญา แก้วทิพย์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....  
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....  
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....  
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์