

C325/67

C325/68

C325/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารละลายมาตรฐาน Zinc สำหรับเครื่อง ICP

1. เป็นสารละลายมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ Zinc ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer เป็นชนิด Reference Material หรือ Certified reference material หรือ Reference Standard หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
2. มีความเข้มข้นของ Zinc อยู่ในช่วง 990-1,010 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3. ละลายอยู่ในกรดไนตริก (Nitric acid) ที่มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 2-5 เปอร์เซ็นต์
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
 - 4.4 ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17034 หรือ DIN EN ISO 17034
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)



(นายอุดม เจื้อจันทร์)


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)



..... กรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)


..... กรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรหมมาอินทร์)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรัญญา แก้วทิพย์)


(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์