

C326/67

C326/68

C326/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารละลายมาตรฐาน Copper สำหรับเครื่อง ICP

1. เป็นสารละลายมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ Copper ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer เป็นชนิด Reference Material หรือ Certified reference material หรือ Reference Standard หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
2. มีความเข้มข้นของ Copper อยู่ในช่วง 990-1,010 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3. ละลายอยู่ในกรดไนตริก (Nitric acid) ที่มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 2-5 เปอร์เซ็นต์
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
 - 4.4 ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17034 หรือ DIN EN ISO 17034
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาววรารณ รักชาพล)

..... กรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรณพงศ์)

..... กรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรหมมาอินทร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรัญญา แก้วทิพย์)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์