

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Buffer solution pH 9.21 for pH meter

1. เป็นสารละลาย Buffer มีค่า pH อยู่ในช่วง  $9.21 \pm 0.02$  ใช้สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo
2. มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ Disodium Tetraborate Decahydrate
3. มีปริมาณน้ำที่ขจัดไอออน อยู่ในช่วง 95-99 เปอร์เซ็นต์
4. การรับรองคุณภาพและเงื่อนไขอื่นๆ
  - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งและส่งมอบ
  - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
  - 4.3 Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุนีย์ คณานิพัฒน์)

..... รองประธานกรรมการ  
(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)

..... กรรมการ  
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

..... กรรมการ  
(นางสาวนิพัทธา พรมมาอินทร์)

..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวรัญญา แก้วทิพย์)

.....  
(นายอุดม เจริญจันทร์)  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์