

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องส่องเจลแบบแสงสีน้ำเงิน (Blue light transilluminator)

1. เป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมจากแผ่นเจล
2. มีแหล่งกำเนิดแสงแบบ LED ให้แสงจากด้านล่างและให้กำเนิดแสงแบบ visible
3. มีแผ่น Filter ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น คือ blue filter และ amber filter เพื่อตัดแสง
4. สามารถใช้กับแผ่นเจลขนาดไม่น้อยกว่า 17 x 12 เซนติเมตร
5. แสงไม่ทำลายสารพันธุกรรมและไม่ทำลายผิวหนัง
6. มีแว่นสำหรับช่วยในการกรองแสงในขณะตัดแผ่นเจลเพื่อสะดวกในการทำงาน
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 50-60 เฮิร์ตซ์ ได้
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
11. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายชัยวุฒิ วิสุทธิ)

.....กรรมการ
(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

.....กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวธิดา โคมแสงทอง)

.....กรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายณฤเบศ เนินทอง)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายพงษ์พัฒน์ สุวัฒน์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖4

พัชร ทอดกัญ
(นางพัชร ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์